

Rotating Anode X-Ray Tube
Tubes Radiogénés à Anode Tournante
Röntgenröhre mit rotierender Anode
Tubos de Rayos-X con Ánodo Giratorio

Large - Black
Grand - Noir
Gross - Schwarz
Largo - Negro


Small - White
Petit - Blanc
Klein - Weiss
Pequeño - Blanco

Stand - By
Attente
Bereit Stehen
En Espera

Frame or Chassis
Masse
Chassis
Soporte o Chasis

X-Ray Tube
Tube Radiogène
Röntgenröhre
Tubo de Rayos X

Radiation Filter or Filtration
Filtre de rayonnement
Filterung
Filtración de Radiación



Note: Document originally drafted in the English language.

Product Description

The A-272 is a 4" (102 mm) 150 kV, 300 kJ (400 kHU) maximum anode heat content, rotating anode insert. This insert is specifically designed for heavy duty general radio-graphic and fluoro/spotfilm procedures. The insert features a 7° rhenium-tungsten molybdenum target and is available with the following nominal focal spots:

0.3 - 0.6
IEC 60336

Nominal Anode Input Power

Small - 15 kW IEC 60613
Large - 48 kW IEC 60613

For the equivalent anode input power of 125 Watts

This insert is intended for use in Varex Imaging B-130 housings.

A-274 models have grid control capability.

Description du Produit

Le tube A-272, à anode tournante de 102 mm, (4 pouces), 150 kV, avec une capacité calorifique maximale de 300 kJ (400 kUC) est à usage spécifique pour la radiographie de grande puissance et pour la radio-fluorographie. L'anode composite en Rhénium - Tungstène Molybdéne avec pente d'anode de 7° est disponible avec les combinaisons focales suivantes:

0.3 - 0.6
CEI 60336

Puissance anodique nominale de l'anode

Petit foyer - 15 kW CEI 60613
Grand foyer - 48 kW CEI 60613
Pour la puissance anodique d'équilibre thermique de 125 Watts

Ce tube est essentiellement destiné à être employé dans les gaines Varex Imaging des séries B-130.

Les Modèles A-274 ont une fonction de commande de grille.

Produktbeschreibung

Die A-272 ist eine 4" (102 mm) Doppelfokus Drehanoden-Röntgenröhre, mit einer Anoden Wärmespeicher-Kapazität von 300 kJ (400 kHU) und einer max. Spannungsfestigkeit von 150 kV. Die Röhre wurde für stark frequentierte Aufnahmearbeitsplätze und für den Durchleuchtungs- und Zielgerätebetrieb (1mm FFA) ausgelegt. Der Rhenium, Wolfram, und Molybdän Anodenteller besitzt einen Winkel von 7°. Folgende Brennfleck-Kombination ist lieferbar:

0.3 - 0.6
IEC 60336

Nominale Anodenbezugsleistung

Klein - 15 kW IEC 60613
Gross - 48 kW IEC 60613
Gilt bei einer Äquivalent - Anodenleistung von 125 Watt

Diese Röntgenröhre ist für den Einbau in die Varex Imaging Strahlerhaube B-130 vorgesehen.

Modell A-274 ist mit Gittersteuerungsfunktion ausgestattet.

Descripción del Producto

El A-272 es un tubo de ánodo giratorio de 102 mm, (4"), 150 kV, 300 kJ (400 kHU) diseñado específicamente para procedimientos generales de alto volumen en radiografía y fluoroscopía. Consta de un objetivo de renio, tungsteno y molibdeno con una pendiente de 7 grados. Disponible con las siguientes combinaciones de marcas focales:

0.3 - 0.6
IEC 60336

Potencia nominal de entrada del anodo

Foco fine - 15 kW IEC 60613
Foco grueso - 48 kW IEC 60613
Para una potencia equivalente del anodo de 125 W

Este tubo es diseñado, para uso en los encajes Varex Imaging de la serie B-130.



El modelo A-274 tiene capacidad para de rejillas controlar los electrones.



3 Ø Constant Potential ---

Single Load Ratings IEC 60613
Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613
Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

50 Hz



Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613



Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613



3 Ø Constant Potential ---

Single Load Ratings IEC 60613
Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613
Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

60 Hz



Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613



Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613



3 Ø Constant Potential ---

Single Load Ratings IEC 60613
Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613
Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

150 Hz



Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613



Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613



3 Ø Constant Potential ---

Single Load Ratings IEC 60613
Abaques de Charge pour Pose Unique CEI 60613
Brennfleck - Belastungskurven IEC 60613
Diagramas de Exposición Radiográfica IEC 60613

180 Hz



Nominal anode input power for the anode heat content 40%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 40%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 40%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 40%. IEC 60613



ANGIOGRAPHIC RATINGS

HOW TO USE ANGIOGRAPHIC CHARTS

General: Serial Radiography puts a severe demand on the x-ray tube due to the large number of exposures made in rapid succession. Intervals between exposures are fixed and so short that it is not possible for the anode track to cool to any extent during the exposure series. Therefore, the temperature of the anode track increases from exposure to exposure. The kW values used in the angiographic charts have been determined to prevent damage to the anode. The angiographic rating charts are usable to 100% anode heat storage. Exceeding 100% anode heat storage will cause anode track erosion with high risk of tube destruction.

Definition of Terms

Number of Exposures in Series: The number of exposures made in succession or the number of exposures made during one contrast injection.

Exposure Rate: The number of exposures made per second. For a series of exposures where the exposure rate changes, it must be assumed that all exposures will be made at the maximum rate. For example, if during a series 10 exposures will occur at one per second and 30 exposures at 4 per second, use the kW ratings in the 40 exposure column at 4 per second rate.

Exposure Time: Time in seconds of each exposure.

USING THE CHARTS:**Select Correct Chart:**

50/60 or 150/180 Hz

0.3 or 0.6 Focal Spot

Note: 150/180 Hz rotor speed recommended for all angiography.

Determine the number of exposures in Series: With cut film angiography the number of exposures are known, however in Digital Angiography the number of exposures commonly are not known. When determining the number of exposures, assume worst case or past history.

Note: Most angiographic x-ray tubes fail from under-estimating the number of exposures made in a series.

Determine kW of each exposure in Series: Referring to chart –find block under “Number of Exposures in Series” that is greater than or equal to expected number of exposures in Series. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select maximum rate per second that will be used for the exposure series. At the intersection of exposure rate and exposure time in seconds, find maximum kW allowed for each exposure.

kW = pkV x mA: The kW of the exposure can be any combination of mA and pkV allowed by the Radiographic and Filament Emission charts.

For Example: 80 pkV and 500 mA = 40 kW

Example: From chart A-272/A-274 150/180 Hz 3 Phase 0.6 Focal Spot, determine kW allowed with following known factors.

Maximum number of exposures40

Exposure time .050 second (50 milliseconds)

Maximum Exposure per second4

From chart find 40 exposure block. On left side directly opposite this block under “Exposure Rate per Second” column, select 4 exposures per second. Find .050 seconds at top of chart. At intersection of exposure rate line and exposure time, find 33.1 kW.

0.3 Focal Spot 3Ø 7 Degrees 50/60 Hz
 0.3 Dimension Focale 3Ø 7 Degrés 50/60 Hz
 0.3 Brennfleck 3Ø 7 Grad 50/60 Hz
 0.3 De Marcas Focales 3Ø 7 Grados 50/60 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613
 Abaques de charges successives CEI 60613
 Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613
 Ratio de carga en serie IEC 60613

EXPOSURE RATE PER SECOND	TUBE LOAD (kW) AS A FUNCTION OF THE EXPOSURE TIME (SEC.) OF THE INDIVIDUAL RADIOPHOTOGRAPHS OF THE SERIES														NUMBER OF EXPOSURES IN SERIES	
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	
2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	
3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	—	—	—	
4	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	7.0	—	—	—	—	—	10
8	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	7.5	7.4	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	
2	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	
3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	—	—	20
4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	—	—	—	—	—	
8	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	7.4	7.4	7.2	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	7.4	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.4	6.3	6.2
2	7.5	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1
3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	—	—	40
4	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.7	6.6	6.5	—	—	—	—	—	
8	7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	7.4	7.3	7.1	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	7.3	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7.5	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.5	6.5	6.4	6.3	6.2	6.1	5.9	5.8
2	7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7	
3	7.4	7.4	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.3	6.2	6.0	—	—	—	60
4	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.9	6.7	6.5	6.4	6.2	—	—	—	—	—	
8	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	7.4	7.2	7.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	7.3	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7.4	7.3	7.2	7.1	7.0	6.8	6.7	6.5	6.3	6.2	6.0	5.9	5.8	5.6	5.5	
2	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.3	6.1	6.0	5.8	5.7	5.5	5.4	
3	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.6	6.4	6.2	6.1	5.9	5.8	—	—	—	80
4	7.4	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.6	6.5	6.3	6.2	6.0	—	—	—	—	
8	7.4	7.3	7.1	6.9	6.8	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	7.3	7.2	7.0	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	7.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7.4	7.3	7.1	7.0	6.9	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.8	5.6	5.5	5.3	5.2	
2	7.4	7.3	7.1	7.0	6.8	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.1	
3	7.4	7.3	7.1	6.9	6.8	6.7	6.4	6.2	6.0	5.8	5.7	5.5	—	—	—	100
4	7.4	7.3	7.1	6.9	6.8	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	—	—	—	—	—	
8	7.4	7.2	7.0	6.8	6.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	7.3	7.1	6.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	7.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	7.4	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1	4.9	4.4	4.0	
2	7.3	7.2	7.0	6.8	6.6	6.4	6.1	5.9	5.6	5.4	5.2	5.0	4.9	4.4	4.0	
3	7.3	7.2	6.9	6.7	6.6	6.4	6.1	5.8	5.6	5.4	5.2	5.0	—	—	—	150
4	7.3	7.1	6.9	6.7	6.5	6.4	6.1	5.8	5.6	5.3	—	—	—	—	—	
8	7.3	7.1	6.9	6.6	6.4	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	7.3	7.0	6.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	7.2	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Note:

- (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
- Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:

- (kW) en exposition égale kV x mA. Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
- Les expositions inférieures à 0.010 secondes ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:

- (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV. Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
- Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:

- (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
- Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.3 Focal Spot 3Ø 7 Degrees 150/180 Hz
 0.3 Dimension Focale 3Ø 7 Degrés 150/180 Hz
 0.3 Brennfleck 3Ø 7 Grad 150/180 Hz
 0.3 De Marcas Focales 3Ø 7 Grados 150/180 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613
 Abaques de charges successives CEI 60613
 Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613
 Ratio de carga en serie IEC 60613

EXPOSURE RATE PER SECOND	TUBE LOAD (kW) AS A FUNCTION OF THE EXPOSURE TIME (SEC.) OF THE INDIVIDUAL RADIOPHOTOGRAPHS OF THE SERIES														NUMBER OF EXPOSURES IN SERIES	
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	13.0	12.8	12.6	12.4	12.3	12.2	12.0	11.9	11.8	11.6	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	
2	13.0	12.7	12.6	12.4	12.3	12.2	12.0	11.8	11.7	11.5	11.4	11.3	11.2	11.0	10.9	
3	13.0	12.7	12.5	12.4	12.2	12.1	11.9	11.7	11.6	11.4	11.3	11.2	11.0	10.9	10.8	
4	13.0	12.7	12.5	12.3	12.2	12.1	11.8	11.7	11.5	11.3	11.2	11.1	11.0	10.9	10.8	
8	12.9	12.6	12.4	12.2	12.0	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	12.8	12.5	12.2	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
30	12.7	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	13.0	12.7	12.5	12.3	12.2	12.0	11.8	11.6	11.4	11.2	11.1	10.9	10.8	10.6	10.4	
2	12.9	12.7	12.4	12.3	12.1	12.0	11.7	11.5	11.3	11.1	10.9	10.8	10.6	10.4	10.3	
3	12.9	12.6	12.4	12.2	12.0	11.9	11.6	11.4	11.2	11.0	10.8	10.6	—	—	—	
4	12.9	12.6	12.4	12.2	12.0	11.8	11.5	11.3	11.1	10.9	—	—	—	—	—	20
8	12.9	12.5	12.2	12.0	11.8	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	12.8	12.4	12.0	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	12.6	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	12.9	12.6	12.3	12.1	11.8	11.7	11.3	11.0	10.8	10.5	10.3	10.1	9.9	9.6	9.4	
2	12.9	12.5	12.2	12.0	11.8	11.6	11.2	10.9	10.6	10.4	10.1	9.9	9.7	9.5	9.2	
3	12.9	12.5	12.2	11.9	11.7	11.5	11.1	10.8	10.5	10.3	10.0	9.8	—	—	—	
4	12.8	12.5	12.2	11.9	11.7	11.4	11.1	10.7	10.4	10.1	—	—	—	—	—	40
8	12.8	12.4	12.0	11.7	11.4	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	12.7	12.2	11.8	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	12.5	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	12.8	12.4	12.1	11.8	11.6	11.3	10.9	10.5	10.2	9.9	9.6	9.4	9.1	8.8	8.6	
2	12.8	12.4	12.1	11.8	11.5	11.2	10.8	10.4	10.1	9.8	9.5	9.2	9.0	8.7	8.4	
3	12.8	12.4	12.0	11.7	11.4	11.2	10.7	10.3	10.0	9.7	9.4	9.1	—	—	—	
4	12.8	12.3	12.0	11.6	11.4	11.1	10.6	10.2	9.9	9.5	—	—	—	—	—	60
8	12.7	12.2	11.8	11.4	11.1	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	12.6	12.0	11.5	11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	12.4	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	12.7	12.3	11.9	11.6	11.3	11.0	10.5	10.1	9.7	9.4	9.0	8.7	8.5	8.1	7.5	
2	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	10.9	10.4	10.0	9.6	9.2	8.9	8.6	8.3	8.0	7.5	
3	12.7	12.2	11.8	11.5	11.2	10.9	10.3	9.9	9.5	9.1	8.8	8.5	—	—	—	
4	12.7	12.2	11.8	11.4	11.1	10.8	10.3	9.8	9.4	9.0	—	—	—	—	—	80
8	12.6	12.1	11.6	11.2	10.8	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	12.5	11.9	11.3	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	12.3	11.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	12.7	12.2	11.7	11.4	11.0	10.7	10.2	9.7	9.3	8.9	8.5	8.2	7.5	6.7	6.0	
2	12.7	12.1	11.7	11.3	11.0	10.6	10.1	9.6	9.2	8.8	8.4	8.1	7.5	6.7	6.0	
3	12.6	12.1	11.7	11.3	10.9	10.6	10.0	9.5	9.0	8.7	8.3	8.0	—	—	—	
4	12.6	12.1	11.6	11.2	10.8	10.5	9.9	9.4	8.9	8.5	—	—	—	—	—	100
8	12.5	11.9	11.4	11.0	10.6	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	12.4	11.7	11.1	10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	12.2	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	12.5	11.9	11.3	10.9	10.4	10.0	9.4	8.8	8.3	7.1	6.2	5.6	5.0	4.4	4.0	
2	12.5	11.8	11.3	10.8	10.4	10.0	9.3	8.7	8.2	7.1	6.2	5.6	5.0	4.4	4.0	
3	12.5	11.8	11.2	10.7	10.3	9.9	9.2	8.6	8.1	7.1	6.2	5.6	—	—	—	
4	12.5	11.8	11.2	10.7	10.2	9.8	9.1	8.5	8.0	7.1	—	—	—	—	—	150
8	12.4	11.6	11.0	10.5	10.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	12.2	11.4	10.7	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	12.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Note:
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
 1. (kW) en exposition égale kV x mA.
 Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Les expositions inférieures à 0.010 secondes ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV.
 Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Belichtungen von weniger als 0.010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo:
 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.6 Focal Spot 3Ø 7 Degrees 50/60 Hz
 0.6 Dimension Focale 3Ø 7 Degrés 50/60 Hz
 0.6 Brennfleck 3Ø 7 Grad 50/60 Hz
 0.6 De Marcas Focales 3Ø 7 Grados 50/60 Hz

Serial Load Ratings IEC 60613
 Abaques de charges successives CEI 60613
 Serienbetrieb-Belastungskurven IEC 60613
 Ratio de carga en serie IEC 60613

EXPOSURE RATE PER SECOND	TUBE LOAD (kW) AS A FUNCTION OF THE EXPOSURE TIME (SEC.) OF THE INDIVIDUAL RADIOPHOTOGRAPHS OF THE SERIES														NUMBER OF EXPOSURES IN SERIES	
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	25.4	25.2	24.8	24.4	24.1	23.8	23.2	22.7	22.2	21.8	21.4	21.0	20.7	20.3	19.9	
2	25.4	25.2	24.7	24.3	23.9	23.6	22.9	22.4	21.9	21.4	21.0	20.6	20.2	19.8	19.4	
3	25.3	25.1	24.6	24.1	23.7	23.4	22.7	22.1	21.6	21.1	20.6	20.2	—	—	—	
4	25.3	25.0	24.5	24.0	23.6	23.2	22.5	21.8	21.3	20.8	—	—	—	—	—	10
8	25.1	24.7	24.1	23.5	23.0	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	24.9	24.3	23.5	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	24.6	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	25.3	25.0	24.4	23.9	23.5	23.0	22.3	21.6	21.0	20.4	19.9	19.4	19.0	18.4	18.0	
2	25.2	24.9	24.3	23.7	23.2	22.8	22.0	21.3	20.6	20.0	19.4	18.9	18.5	17.9	17.4	
3	25.2	24.8	24.1	23.6	23.0	22.6	21.7	20.9	20.2	19.6	19.0	18.5	—	—	—	
4	25.1	24.7	24.0	23.4	22.8	22.3	21.4	20.6	19.9	19.3	—	—	—	—	—	20
8	24.9	24.3	23.5	22.8	22.1	21.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	24.6	23.8	22.8	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	24.2	22.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	25.0	24.4	23.7	23.0	22.3	21.8	20.7	19.8	19.0	18.2	17.5	16.9	16.3	15.7	15.0	
2	24.9	24.3	23.5	22.8	22.1	21.5	20.4	19.4	18.6	17.8	17.1	16.5	15.9	15.2	14.6	
3	24.9	24.2	23.4	22.6	21.9	21.2	20.1	19.1	18.2	17.4	16.7	16.0	—	—	—	
4	24.8	24.1	23.2	22.4	21.7	21.0	19.8	18.8	17.9	17.1	—	—	—	—	—	40
8	24.6	23.7	22.6	21.7	20.9	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	24.3	23.1	21.8	20.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	23.7	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	24.7	23.9	23.0	22.1	21.3	20.6	19.4	18.3	17.3	16.4	15.6	13.9	12.5	11.1	10.0	
2	24.7	23.8	22.8	21.9	21.1	20.4	19.1	17.9	16.9	16.1	15.3	13.9	12.5	11.1	10.0	
3	24.6	23.7	22.7	21.7	20.9	20.1	18.8	17.6	16.6	15.7	14.9	13.9	—	—	—	
4	24.6	23.6	22.5	21.5	20.7	19.9	18.5	17.3	16.3	15.4	—	—	—	—	—	60
8	24.3	23.1	21.9	20.8	19.9	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	23.9	22.5	21.1	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	23.3	21.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	24.5	23.5	22.3	21.3	20.4	19.6	18.2	17.0	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.3	7.5	
2	24.4	23.4	22.2	21.1	20.2	19.4	17.9	16.7	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.3	7.5	
3	24.4	23.2	22.0	20.9	20.0	19.1	17.6	16.4	15.3	13.4	11.7	10.4	—	—	—	
4	24.3	23.1	21.9	20.7	19.8	18.9	17.4	16.1	15.0	13.4	—	—	—	—	—	80
8	24.0	22.7	21.3	20.0	19.0	18.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	23.6	22.0	20.4	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	22.9	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	24.2	23.0	21.7	20.6	19.6	18.7	17.1	15.0	12.5	10.7	9.4	8.3	7.5	6.7	6.0	
2	24.2	22.9	21.6	20.4	19.4	18.5	16.9	15.0	12.5	10.7	9.4	8.3	7.5	6.7	6.0	
3	24.1	22.8	21.4	20.2	19.2	18.2	16.6	15.0	12.5	10.7	9.4	8.3	—	—	—	
4	24.0	22.7	21.3	20.0	19.0	18.0	16.4	15.0	12.5	10.7	—	—	—	—	—	100
8	23.8	22.2	20.7	19.3	18.2	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	23.4	21.5	19.8	18.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	22.7	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	23.6	22.0	20.4	19.0	17.8	16.7	12.5	10.0	8.3	7.1	6.2	5.6	5.0	4.4	4.0	
2	23.6	21.9	20.2	18.8	17.6	16.5	12.5	10.0	8.3	7.1	6.2	5.6	5.0	4.4	4.0	
3	23.5	21.7	20.1	18.6	17.4	16.3	12.5	10.0	8.3	7.1	6.2	5.6	—	—	—	
4	23.4	21.6	19.9	18.5	17.2	16.2	12.5	10.0	8.3	7.1	—	—	—	—	—	150
8	23.2	21.2	19.3	17.8	16.5	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	22.8	20.5	18.5	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	22.0	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Note:
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
 1. (kW) en exposition égale kV x mA.
 Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Les expositions inférieures à 0.010 secondes ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 secondes.

Anmerkungen:
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV.
 Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Belichtungen von weniger als 0.010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613

Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613

0.6 Focal Spot 3Ø 7 Degrees 150/180 Hz
 0.6 Dimension Focale 3Ø 7 Degrés 150/180 Hz
 0.6 Brennfleck 3Ø 7 Grad 150/180 Hz
 0.6 De Marcas Focales 3Ø 7 Grados 150/180 Hz

EXPOSURE RATE PER SECOND	TUBE LOAD (kW) AS A FUNCTION OF THE EXPOSURE TIME (SEC.) OF THE INDIVIDUAL RADIOPHOTOGRAPHS OF THE SERIES														NUMBER OF EXPOSURES IN SERIES	
	0.010	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	0.160	0.180	0.200	0.225	0.250	
1	43.6	42.1	40.9	39.9	39.0	38.2	36.8	35.6	34.5	33.5	32.6	31.7	31.0	30.1	29.3	
2	43.5	41.8	40.6	39.5	38.6	37.7	36.2	34.9	33.7	32.6	31.6	30.7	29.9	29.0	28.2	
3	43.4	41.6	40.3	39.1	38.1	37.2	35.6	34.2	32.9	31.8	30.8	29.9	—	—	—	
4	43.2	41.4	40.0	38.8	37.7	36.7	35.0	33.5	32.3	31.1	—	—	—	—	—	10
8	42.8	40.6	38.9	37.4	36.2	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	42.2	39.5	37.4	35.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	41.2	37.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	43.2	41.3	39.8	38.5	37.4	36.4	34.6	33.0	31.6	30.3	29.2	28.2	27.2	26.2	25.2	
2	43.0	41.0	39.4	38.1	36.9	35.8	33.9	32.2	30.7	29.4	28.2	27.2	26.2	25.1	24.1	
3	42.9	40.8	39.1	37.6	36.4	35.2	33.2	31.4	29.9	28.6	27.4	26.3	—	—	—	
4	42.7	40.5	38.7	37.2	35.9	34.7	32.6	30.8	29.2	27.8	—	—	—	—	—	20
8	42.2	39.5	37.4	35.7	34.1	32.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	41.4	38.2	35.6	33.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	40.0	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	42.4	39.9	37.9	36.2	34.6	33.3	30.9	28.9	27.2	25.7	23.4	20.8	18.8	16.7	15.0	
2	42.2	39.6	37.5	35.7	34.1	32.7	30.2	28.2	26.4	24.9	23.4	20.8	18.8	16.7	15.0	
3	42.1	39.3	37.1	35.2	33.6	32.1	29.6	27.5	25.7	24.1	22.8	20.8	—	—	—	
4	41.9	39.0	36.7	34.8	33.1	31.5	29.0	26.8	25.0	23.5	—	—	—	—	—	40
8	41.2	37.9	35.3	33.1	31.2	29.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	40.3	36.4	33.3	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	38.7	33.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	41.7	38.6	36.2	34.1	32.3	30.7	28.0	25.0	20.8	17.9	15.6	13.9	12.5	11.1	10.0	
2	41.5	38.3	35.8	33.6	31.8	30.1	27.4	25.0	20.8	17.9	15.6	13.9	12.5	11.1	10.0	
3	41.3	38.0	35.4	33.2	31.3	29.6	26.8	24.5	20.8	17.9	15.6	13.9	—	—	—	
4	41.1	37.7	35.0	32.7	30.8	29.1	26.2	24.0	20.8	17.9	—	—	—	—	—	60
8	40.4	36.6	33.6	31.1	31.1	29.0	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	39.4	35.0	31.6	28.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	37.7	32.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	40.9	37.4	34.6	32.3	30.3	28.5	23.4	18.8	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.3	7.5	
2	40.8	37.1	34.2	31.8	29.8	28.0	23.4	18.8	15.6	13.4	11.7	10.4	9.4	8.3	7.5	
3	40.6	36.8	33.8	31.4	29.3	27.5	23.4	18.8	15.6	13.4	11.7	10.4	—	—	—	
4	40.4	36.5	33.4	30.9	28.8	27.0	23.4	18.8	15.6	13.4	11.7	10.4	—	—	—	80
8	39.7	35.4	32.1	29.4	27.2	25.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	38.6	33.8	30.1	27.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	36.8	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	40.3	36.3	33.2	30.6	28.5	25.0	18.8	15.0	12.5	10.7	9.4	8.3	7.5	6.7	6.0	
2	40.1	36.0	32.8	30.2	28.0	25.0	18.8	15.0	12.5	10.7	9.4	8.3	7.5	6.7	6.0	
3	39.9	35.7	32.4	29.8	27.6	25.0	18.8	15.0	12.5	10.7	9.4	8.3	—	—	—	
4	39.7	35.4	32.1	29.4	27.1	25.0	18.8	15.0	12.5	10.7	—	—	—	—	—	100
8	39.0	34.3	30.7	27.9	25.6	23.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	37.9	32.7	28.9	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	36.1	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	38.6	33.7	30.1	25.0	20.0	16.7	12.5	10.0	8.3	7.1	6.2	5.6	5.0	4.4	4.0	
2	38.5	33.4	29.7	25.0	20.0	16.7	12.5	10.0	8.3	7.1	6.2	5.6	5.0	4.4	4.0	
3	38.3	33.2	29.4	25.0	20.0	16.7	12.5	10.0	8.3	7.1	6.2	5.6	—	—	—	
4	38.1	32.9	29.1	25.0	20.0	16.7	12.5	10.0	8.3	7.1	—	—	—	—	—	150
8	37.4	31.9	27.9	24.9	20.0	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
15	36.3	30.4	26.2	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	34.4	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Note:
 1. (kW) of Exposure Equals mA x kV. For Example: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Exposures less than .010 seconds will have a kW rating same as .010 seconds.

Remarque:
 1. (kW) en exposition égale mA x kV.
 Par exemple: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Les expositions inférieures à 0.010 secondes ont les mêmes valeurs en kW que celles de 0.010 sec.

Anmerkungen:
 1. (kW) der Belichtung ist gleich mA x kV.
 Zum Beispiel: 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Belichtungen von weniger als .010 Sekunden haben die gleichen kW Werte wie die von .010 Sekunden.

Nota:
 1. (kW) De exposición se calcula multiplicando mA x kV-por ejemplo:
 70 kV x 300 mA = 21 kW.
 2. Para exposición de menos de .010 segundos, el resultado en (kW) sería lo mismo que el de .010 segundos.

Nominal anode input power for the anode heat content 70%. IEC 60613

Puissance calorifique nominale de l'anode: 70%, CEI 60613


Thermische Anodenbezugsleistung bei einer Wärmespeicherung von 70%. IEC 60613

Aproximadamente el poder de penetración para obtener un almacenaje de calor del anodo de 70%. IEC 60613



3 Ø Full Wave

Filament Emission Charts IEC 60613
Abaques d' Émissions des Filaments CEI 60613
Heizfadenemissionsdiagramm IEC 60613
Curvas de Emisión de los Filamentos IEC 60613



Note:
When using these emission curves for trial exposures, refer to the power rating curves shown for maximum kV, tube emission, filament current, exposure time, and target speed.

Remarque:
Lors de l'utilisation de ces abaques pour des expositions d'essai, référez-vous aux courbes maximales de kV, d'émission du filament, de temps d'exposition et de vitesse de rotation.

Anmerkung:
Wenn Sie diese Emissionskurven für Testaufnahmen verwenden, beziehen Sie sich hierbei auf die entsprechenden Nennleistungskurven für max. kV-Werte, Röhrenemission, Heizstrom, und Anodendrehzahl.

Nota:
Si utiliza estas curvas de emisión para exposiciones de prueba, refiérase a las curvas de gradación de potencia para el máximo de kV, tubo de emisión, corriente en los filamentos, tiempo de exposición, y a las curvas de velocidad del objetivo.

